



# Certificate

**External Quality Assessment March - 2016 (dated 16.03.2016)**

valid for 12 months

## **INSTAND e.V.**

Gesellschaft zur Förderung  
der Qualitätssicherung in  
medizinischen Laboratorien e. V.  
Ubler - Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert  
nach DIN EN ISO / IEC 17043,  
die Akkreditierung gilt nur für den in  
der Urkundenanlage D-EP-15027-02  
festgelegten Umfang.

This is to certify that the below-mentioned participant has fulfilled the requirements for the following analytes/parameters:

**FERTILITY, 1. TRIM. SCREENING (305):**

**PAPP-A**

**free beta-chain hCG (R \*)**

43733 E  
CG Cytogenomics Medical Laboratory  
CG Cytogenomics  
Byzantioy 149  
14233 Nea Ionia Athens  
Griechenland



Düsseldorf, der 08.04.2016

Prof. Dr. med. M. Spannagl  
( Director of the board )

Prof. Dr. med. Friedrich Maly  
( EQAS advisor )

(R \*) : RiliBÄK valid 6 months    (R \*\*) : RiliBÄK valid 12 month  
(R \*\*\*) : RiliBÄK valid 24 months

**43733 CG Cytogenomics Medical Laboratory CG Cytogenomics**

8.4.2016

<b>Fertility, 1. trim. screening (305)</b> (Prof. Dr. med. Friedrich Maly)
---

	sample	your result	target	range	dev. (%)	
PAPP-A U/L	236 HN HN01 21	3.51	3.27	2.03 - 4.51	7	+
Meth.0-9999	22	79.02	71.7	44.5 - 98.9	10	+
to convert your results (s.21=3508 and s.22=79020) from mU/l -> U/L used conversion factor : 0.00100						
free beta-chain hCG U/L	236 HN HN01 21	45.40	46.9	32.8 - 61.0	-3	+
Meth.0-9999	22	11.12	10.9	7.63 - 14.2	2	+

\*\* BRAVO \*\*

 For additional available information see web-site: [www.instand-ev.de](http://www.instand-ev.de) EQAS

responsible expert:

Prof. Dr. med. Friedrich Maly, Am Bärenkamp 22 40589 Düsseldorf

Tel.: +49 211 602 1711 Fax: +49 211 602 1713 Email: [maly@instand-ev.de](mailto:maly@instand-ev.de)

305

 + : all results in range (=certificate), - : no certificate, : no evaluation, X: result not in range  
 8.4.2016 10:15h Rv.1602 Crv5 / Lerg dmedref

43733